



PTD EA 13

Power Transmission and Distribution
Energy Automation

Power Quality

Anwendungsbeschreibung
Application Description

SIMEAS R

Übertragen der Geräteparameter beim Ersetzen des Massenspeichers

Transfer of the Parameters when Replacing the Mass Storage

Ausgabe / Edition 1.2, Juli / July 2005

Deutsch

English

Seite: 3

Page: 16

Inhalt / table of contents

1	Deutsch	3
1.1	Hinweise zu Ihrer Sicherheit.....	3
1.2	Einleitung.....	5
1.3	Wichtige Informationen.....	5
1.4	SIMEAS R Parameter speichern und anschließend auf ein neues Speichermedium übertragen ..	6
1.5	Sonstige Informationen.....	15
2	English	16
2.1	Information for Your Own Safety.....	16
2.2	Introduction.....	18
2.3	Important information.....	18
2.4	How to save the existing SIMEAS R parameters and to transfer these parameters to a new mass storage medium.....	19
2.5	Other information.....	28

1 Deutsch

1.1 Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Die Hinweise und Warnungen in dieser Betriebsanleitung sind zu Ihrer Sicherheit und einer angemessenen Lebensdauer des Gerätes zu beachten.

Folgende Signalbegriffe und Standarddefinitionen werden dabei verwendet:



GEFAHR

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. Dies gilt insbesondere auch für Schäden am oder im Gerät selbst und daraus resultierende Folgeschäden.



Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt oder den jeweiligen Teil dieses Handbuchs, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen.

Die Angaben in diesem Handbuch werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Copyright

Copyright © Siemens AG 2005 All Rights Reserved

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Eingetragene Marken

SIMEAS®, OSCOP® und LSATools® sind eingetragene Marken der SIEMENS AG. Die übrigen Bezeichnungen in diesem Handbuch können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

**WARNUNG**

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

Nichtbeachtung kann Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben.

Nur entsprechend qualifiziertes Personal soll an diesem Gerät oder in dessen Nähe arbeiten. Dieses muss gründlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß dieser Betriebsanleitung sowie mit den Sicherheitsvorschriften vertraut sein.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage, sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung unter Beachtung der Warnungen und Hinweise dieser Betriebsanleitung voraus.

Insbesondere sind die Allgemeinen Errichtungs- und Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an Starkstromanlagen (z.B. DIN, VDE, EN, IEC oder andere nationale und internationale Vorschriften) zu beachten.

**Qualifiziertes Personal**

im Sinne dieser Betriebsanleitung bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Gerätes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, wie z.B.

- Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
 - Ausbildung oder Unterweisung gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
 - Schulung in Erster Hilfe.
-

1.2 Einleitung

In diesem Dokument wird die Vorgehensweise für den Wechsel eines „**vorbereiteten**“ Speichermediums bei einem funktionsfähigen SIMEAS R beschrieben. Auf dem „vorbereiteten“ Speichermedium befinden sich **noch nicht die originalen, gerätespezifischen SIMEAS R Parameter**, sondern Standardparameter oder Parameter eines anderen Gerätes.

Unter einem „**vorbereiteten**“ Speichermedium wird in diesem Zusammenhang ein Speichermedium für einen SIMEAS R verstanden, auf dem die aktuell freigegebene Firmware abgespeichert ist.

1.3 Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie, daß sich die Parameter des SIMEAS R auf dem Massenspeicher befinden. Beim Ersetzen des Massenspeichers müssen diese Parameter gespeichert und nach dem Einbau des neuen Massenspeichers auf diesen transferiert werden. Dazu gehören z.B. auch die Schnittstellenparameter und das Kennwort des SIMEAS R, die es ermöglichen über Netzwerk oder Modem auf das Gerät zuzugreifen.

Auch die im SIMEAS R gespeicherten Messdaten (Störschriebe, Mittelwerte und Meldungen) und Logeinträge gehen verloren. Es sollten daher vor dem Tausch alle relevanten Daten mit dem standardmäßigen Auswerte-PC abgeholt werden.

Um die bisherige Parametrierung nach dem Tausch wiederherzustellen, muss die Frontschnittstelle (RS232-Port) des SIMEAS R verwendet werden. Diese Schnittstelle hat eine feste Einstellung (19,2 kBaud).

Für die Durchführung der folgenden Schritte benötigen Sie einen PC oder ein Notebook (Auswerte-PC) mit installiertem OSCOP P.

Das neue Speichermedium soll mit der aktuellen SIMEAS R Firmware und der aktuellen OSCOP P Version betrieben werden. Bitte stellen Sie sicher, dass nur diese Komponenten verwendet werden. DAKONs, die mit den SIMEAS Rs zusammenarbeiten, müssen ebenfalls auf die aktuelle OSCOP P Version hochgerüstet werden.

Hinweis: Informationen zu aktuellen Firmware-/OSCOP P Versionen finden Sie unter <http://www.powerquality.de> oder bei Ihrem lokalen Vertriebspartner

Zur Ausführung von OSCOP P ist ein Dongle (Hardlock) erforderlich. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass in diesem Zusammenhang nur Hardlocks der 2ten Generation verwendet werden, diese Hardlocks sind mit einer 10-stelligen Seriennummer gekennzeichnet (z.B. 00000-00701). Besitzt der Hardlock keine 10-stellige Seriennummer, ist darüber hinaus auch ein Austausch des Hardlocks notwendig, um eine reibungsfreie Installation zu gewährleisten. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unser Customer Support Center.

1.4 SIMEAS R Parameter speichern und anschließend auf ein neues Speichermedium übertragen

1.4.1 Voraussetzungen

Für die Übertragung der SIMEAS R Parameter auf ein neues Speichermedium wird benötigt:

- 1) Pro SIMEAS R ein neues Speichermedium mit der aktuellen Firmware-Version.
- 2) PC oder Notebook mit Betriebssystem Microsoft Windows XP oder Windows 2000.
Die Hardwareanforderungen sind gemäß der Systemsoftware OSCOP P.
- 3) Die aktuelle Version der Software OSCOP P.
- 4) Nullmodemkabel (auf beiden Seiten Buchsen).



Hinweis

Nullmodemkabel: Pin 5 (Signal Ground) ist 1:1 verbunden, Pin 2 (RxD) und Pin 3 (TxD) müssen gekreuzt sein.

- 5) Beschreibung E50417-X1074-C196-A2 SIMEAS R Datenträgereinbau.

1.4.2 Vorgehensweise

1.4.2.1 Verbindungsparameter einstellen

Um mit dem SIMEAS R über die Serviceschnittstelle (Frontschnittstelle) zu kommunizieren, ist wie folgt vorzugehen:

1. Verbinden Sie den PC oder das Notebook mit der SIMEAS R Frontschnittstelle über das Nullmodemkabel.
2. Richten Sie im Programm OSCOP P im Modul PC Parametrieren einen SIMEAS R ein:
 - a.) Starten Sie das OSCOP P Modul **PC Parametrieren**.
 - b.) Wählen Sie den Menüpunkt **Konfigurieren** → **Geräte**.
 - c.) Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
 - d.) Bestätigen Sie die Auswahl Qualitätsschreiber mit **OK**.
 - e.) Geben Sie einen Namen für den SIMEAS R, z.B. FW-Upgrade ein.




Abbildung 1: Einrichten eines neuen SIMEAS R

- f.) Klicken Sie auf den Button **Verbindung...**, um die Verbindungsparameter einzustellen.
- g.) Stellen Sie die Verbindungsart auf „seriell“ um, passen Sie ggf. die Schnittstelle an, falls COM1 nicht verfügbar ist, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.




Abbildung 2: SIMEAS R Verbindungsparameter einstellen

h.) Verbindung prüfen

Über den Button **Zusätze** dann **Identifikation** kann die Verbindung zum SIMEAS R geprüft werden. Der SIMEAS R meldet sich mit seinem Namen.

Der gemeldete Name sollte anstatt „FW-Upgrade“ als Gerätename übernommen werden (insbesondere wenn sich im Standardbetrieb der SIMEAS R beim PC meldet). Verlassen Sie den Dialog SIMEAS R Zusätze mit **OK**.




Abbildung 3: SIMEAS R Verbindung prüfen

- i.) Schließen Sie den Dialog **Qualitätsschreiber einrichten** mit **OK**. Beenden Sie die darauf folgende Geräteliste mit **Schließen**.

**Hinweis**

Auch wenn in OSCOP P bereits Geräte eingerichtet sind, sollte dieser Schritt durchgeführt werden, da beim Neuanlegen das SIMEAS R Standardpasswort (Lieferzustand) eingetragen wird, das nach dem Tausch der Festplatte gültig sein wird.

1.4.2.2 Abholen und Speichern der aktuellen Parameter vom SIMEAS R

Um die SIMEAS R Parameter vom Gerät zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das Modul **Gerät parametrieren**.
2. Wählen Sie das unter dem Kap. 1.4.2.1 eingerichtete Gerät an. Für den Fall, dass noch keine Gerätedaten in OSCOP P vorliegen, erfolgt eine Abfrage, ob die Parameter vom SIMEAS R übernommen werden sollen.




Abbildung 4: SIMEAS R Parameter übernehmen

3. Übernehmen Sie die Parameter vom SIMEAS R durch Bestätigen mit **Ja**.
4. **Wichtig:** Erstellen Sie eine Sicherungskopie der SIMEAS R Parameter mit dem Menüpunkt **Datei** → **Auslagern** im SIMEAS R Parametrierdialog.




Abbildung 5: SIMEAS R Parameter Auslagern

5. Speichern Sie die Sicherungskopie (z.B. geraet1.srp) und bestätigen Sie mit **OK**.




Abbildung 6: Speichern der Parameter

6. Verlassen Sie den Dialog mit **Schließen**.

1.4.2.3 Austausch der PC-Card

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus.

Warnung



Auch nach dem Abschalten des Gerätes können berührungsgefährliche Spannungen am Gerät anliegen (Prozessgrößen). Um Gefährdung zu vermeiden, ist das Gerät freizuschalten und gegen Wiedereinschaltung zu sichern.



Warnung

Stellen Sie sicher, dass der SIMEAS R stromlos ist (abgeschaltet und von der Hilfsspannung getrennt bzw. der Sicherungsautomat für die Hilfsspannung abgeschaltet ist).

2. Entnehmen Sie die Festplatte im PC-Card-Slot des SIMEAS R. Siehe Anleitung zum Datenträger-einbau beim SIMEAS R.
3. Stecken Sie das neue Speichermedium ein und schließen Sie die Abdeckung wieder.
4. Nehmen Sie das Gerät wieder unter Spannung.
5. Schalten Sie das Gerät ein. Während das Gerät bootet sind alle LEDs auf der Frontseite aktiviert. Der Einschaltvorgang dauert ca. 2 Minuten, dessen Ende wird durch das Erlöschen der LEDs (mit Ausnahme der Betriebsanzeigen) signalisiert.

1.4.2.4 Anpassung der Speichergrößen

1. Nach dem Neustart des SIMEAS R lesen Sie mit Hilfe **Parameter** → **vom Gerät laden** die Parametrierung des neuen Datenträgers aus. Die aktuelle Speichergröße des Datenträgers wird angezeigt.
2. Notieren Sie sich die Speichergröße des neuen Datenträgers aus dem Feld Festplattenkapazität.

Geräteausführung:	32/64
Betriebssystem:	2119
Fabrikationsnummer:	0132000479
Festplattenkapazität:	<input type="text" value="511"/> MB

Abbildung 7: Speichergröße neuer Datenträger

- Über den Menüpunkt **Datei** → **Einlagern** wird die Sicherungskopie der Parameter wieder zurück in den OSCOP P Parametrierdialog gebracht.




Abbildung 8: SIMEAS R Parameter Einlagern

- Wählen Sie das Parameterfile aus und bestätigen Sie mit **OK**.




Abbildung 9: Parameter-Datei auswählen

- Falls sich die Speichergröße des neuen Datenträgers von dem bisherigen unterscheidet, ist die Größe in dem Feld **Festplattenkapazität** händisch anzupassen.

Bleibt die Speichergröße des Datenträgers identisch, können Sie mit Kap. 1.4.2.5 fortfahren.

Hinweis:

In wenigen Fällen, kann es vorkommen, dass die Speichergröße des neuen Datenträgers geringfügig kleiner ist, als die des vorhergehenden. Dann ist z.B. einer der Mittelwertschreiber oder auch der Störschreiber in der Speichergröße entsprechend anzupassen.

In vielen Fällen ist die Speichergröße des neuen Datenträgers größer als die des vorhergehenden. Dann kann der zusätzliche Speicherplatz nach Belieben auf die Mittelwertschreiber und/oder auf den Störschreiber verteilt werden.

- Nachdem Sie die Änderungen (falls notwendig) vorgenommen haben, ist es sinnvoll, den neuen Parametersatz über die Funktion **Datei** → **Auslagern** unter neuem Namen abzuspeichern. Die Vorgehensweise ist im Kap.1.4.2.2 beschrieben.

1.4.2.5 Senden der Parameter an das Gerät

1. Wählen Sie **Parameter** → **zum Gerät schicken**, um dem SIMEAS R die unter Kap. 1.4.2.2 abgeholten / gespeicherten und unter Kap.1.4.2.4 angepassten Parameter zu senden.




Abbildung 10: SIMEAS R Parameter zum Gerät senden

2. Das Gerät setzt sich nun selbständig zurück. Der Wiederanlauf dauert nun etwas länger (ca. 10 - 20 Min), da der SIMEAS R sein Dateisystem neu einrichtet. Diese Aktion wird durch schnelles Blinken aller roten LEDs (linke LED Leiste) angezeigt. Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die LEDs „betriebsbereit“, „Betriebsspannung OK“ und „Normalbetrieb“ aufleuchten.
3. Verlassen Sie den Dialog mit **Schließen**.
4. Prüfen Sie die Kommunikation zum SIMEAS R über den Standardauswerte-PC in der Station (falls möglich).

1.4.2.6 Einstellen des Passwortes für SIMEAS R

SIMEAS R kann durch Vergabe eines Passwortes vor unberechtigten Änderungen der Parametrierung oder dem Löschen von Daten geschützt werden. In diesem Fall sind ohne Passwort nur Lesezugriffe auf SIMEAS R möglich.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- a.) Starten Sie das OSCOP P Modul **PC parametrieren**.
- b.) Unter dem Menüpunkt **Konfigurieren** → **Gerät** Gerät auswählen.
- c.) Klicken Sie auf **Ändern**.
- d.) Klicken Sie auf **Zusätze**.
- e.) Tragen Sie das gewünschte Passwort ein.
- f.) Klicken Sie auf **Passwort senden**, geben Sie das Passwort ein: **Klicken Sie jedoch noch nicht OK!**
- g.) Schalten Sie das Gerät aus- und ein. Sobald das Gerät betriebsbereit ist (s.o.), klicken Sie auf **OK**.
- h.) Schließen Sie die Dialoge.




Abbildung 11: SIMEAS R Passwort senden

1.5 Sonstige Informationen

Internet:

Um auch in Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu sein, nutzen Sie bitte das Angebot auf unserer Download-Plattform im Internet unter der Adresse:

<http://www.powerquality.de>

Training:

Wenn Sie Interesse an einem OSCOP P/SIMEAS R Kurs haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner oder an unser Training Center unter der Telefonnummer:

Tel.: +49 - 911 - 433-7005

Oder: <http://www.ptd-training.de>

Falls Sie Probleme im Umgang mit OSCOP P/SIMEAS R haben, wenden Sie sich bitte an unser Customer Support Center:

Telefon: +49 - 180 - 524 7000

Fax: +49 - 180 - 524 2471

E-Mail: ptd.support@siemens.com

2 English

2.1 Information for Your Own Safety

The warnings and notes contained in these operating instructions serve for your own safety and for an appropriate lifetime of the device. Please observe them!

The following indicators and standard definitions are used:



DANGER

indicates that death, severe personal injury or substantial property damage will result if proper precautions are not taken.



Warning

indicates that death, severe personal injury or substantial property damage can result if proper precautions are not taken.



Caution

indicates that minor personal injury or property damage can result if proper precautions are not taken. This particularly applies to damage on or in the device itself and consequential damage thereof.



Note

indicates information about the device or respective part of these operating instructions which is essential to highlight.

Exclusion of liability

We have checked the contents of this publication and every effort has been made to ensure that the descriptions of both hardware and software are as accurate as possible. However, deviations from the description cannot be completely ruled out, so that no liability can be accepted for any errors or omissions contained in the information given.

The data in this manual are checked regularly and the necessary corrections are included in subsequent editions. We are grateful for any improvements that you care to suggest.

Subject to technical modifications without notice.

Copyright

Copyright © Siemens AG 2005 All Rights Reserved

It is prohibited to pass on or copy this document or to use or disclose its contents without our express permission. Any duplication is a violation of the law and subject to criminal and civil penalties. All rights reserved, particularly in the event of a patent award or utility model registration.

Registered trademarks

SIMEAS is a registered trademark of the SIEMENS AG. The other names appearing in this manual may be trade names the use of which by third parties for their own purposes may infringe the rights of the owners.

**WARNING**

During operation of electrical equipment, certain parts of this device are subject to dangerous voltages. Severe personal injury or significant equipment damage could result from improper behaviour.

Only qualified personnel should work on this equipment or in the vicinity of this equipment. These personnel must be familiar with all warnings and service procedures described in these operating instructions, as well as with safety regulations.

Prerequisites to proper and safe operation of this product are proper transport, proper storage, setup, installation, operation, and maintenance of the product, as well as careful operation and servicing of the device within the scope of the warnings and instructions of these operating instructions.

In particular, the general facility and safety regulations for work with high-voltage equipment (e.g. ANSI, IEC, EN, or other national or international regulations) must be observed. Noncompliance may result in death, injury, or significant equipment damage.

**Qualified Personnel**

For the purpose of these operating instructions and product labels, a qualified person is one who is familiar with the installation, construction and operation of the equipment and the hazards involved. In addition, he has the following qualifications:

- Is trained and authorized to energize, de-energize, clear, ground and tag circuits and equipment in accordance with established safety practices.
 - Is trained in the proper care and use of protective equipment in accordance with established safety practices.
 - Is trained in first aid.
-

2.2 Introduction

This document describes the procedure how to replace a „**prepared**“ mass storage medium of a SIMEAS R fault recorder. This procedure will only work if the SIMEAS R you want to upgrade operates properly. The „**prepared**“ mass storage medium includes the factory standard parameters **not the original, device specific parameters**.

A „**prepared**“ mass storage medium means a SIMEAS R storage medium including the current released SIMEAS R firmware version.

2.3 Important information

Note that the SIMEAS R parameters are on the mass storage medium. If you replace the mass storage medium these parameters must be saved and transferred to the new storage medium after the replacement. This includes the parameters for the service-interface, the SIMEAS R device password which enables access to the device via LAN or modem.

All saved measurements (fault records, mean values, messages and etc.) and log entries will also be lost. Before replacing the mass storage medium you have to save all necessary data with your default Evaluation PC.

For restoring the Parameterization after replacing the mass storage medium you have to use the service interface on the front panel (RS232-Port) of the SIMEAS R. This interface is set to 19,2 kBaud.

For the execution of the following steps you need a PC or notebook (Evaluation-PC) with installed OSCOP P software.

The new mass storage medium should be run with the current SIMEAS R firmware version and the current OSCOP P version. Please make sure that you use only these components. All DAKONs in your system – if any – need also be upgraded to the current OSCOP P version.

Note: You will find more information on the current firmware and OSCOP P versions at <http://www.powerquality.de> or contact your local sales partner.

For the execution of OSCOP P, a dongle (hard lock) is required. Please make sure, that you use only 2nd-generation hard locks labeled with a 10-digit serial number (e.g. 00000-00701). In case the hard lock doesn't have a 10-digit serial number there is also a need to replace your hard lock with a new one. This guarantees a trouble-free installation of the software. For assistance please contact our hotline.

2.4 How to save the existing SIMEAS R parameters and to transfer these parameters to a new mass storage medium

2.4.1 Requirements

To transfer the SIMEAS R parameters to a new storage medium you require the following items:

- 1) One new mass storage medium per SIMEAS R, coded with the current approved firmware version.
- 2) PC or notebook with operating system Microsoft Windows XP or Windows 2000. Hardware requirements are according to the system software OSCOP P.
- 3) The current OSCOP P version.
- 4) Null modem cable (female connector at both ends).



Note

Null modem cable: Pin 5 (Signal Ground) is connected 1:1. Pin 2 (RxD) and pin 3 (TxD) must be connected crosswise.

- 5) SIMEAS R mass storage medium installation instruction (E50417-X1074-C196-A2).

2.4.2 Proceeding

2.4.2.1 Adjust the connection parameters

To communicate with the SIMEAS R via the service-interface on the front panel, please proceed as follows:

1. Connect the PC or notebook to the front service interface (RS232) of the SIMEAS R via the null modem cable.
2. Definition of a SIMEAS R quality recorder in OSCOP P, module **Parameterize PC**.
 - a.) Start module **Parametrize PC**.
 - b.) Select the menu **Configuration** sub menu **Devices**.
 - c.) Press the button **Add**.
 - d.) Confirm the selection **Quality recorder** with **OK**.
 - e.) Enter a new name for the SIMEAS R, e.g. FW-Upgrade.




Figure 1: Setting up a new SIMEAS R

- f.) Press the button **Connection...** to set the connection parameters.
- g.) Set the connection type to serial, adjust the interface (if COM1 is not available) and confirm with **OK**.




Figure 2: Set SIMEAS R communication parameters

h.) Communication check

Via the selection **Additions...** and **Identification...** the communication to the SIMEAS R can be tested. The SIMEAS R answers with his name.

Use this name as device name instead of "FW-Upgrade" (this is especially necessary if the SIMEAS R connects to the PC in standard mode). Close the dialog **SIMEAS R additions** by pressing **OK**.




Figure 3: Communication check

- i.) Close the dialog **Setup quality writer** by pressing **OK**. Quit the following device list by pressing **Close**.

**Note**

Even when there are some devices already defined in OSCOP P this step should be performed! When you create a new SIMEAS R the standard password will be used for the device. This password will be valid after replacing the mass storage medium.

2.4.2.2 Transmit and save the current SIMEAS R parameters

Please proceed as follows to transmit the SIMEAS R parameters from the device to the evaluation PC.

1. Start OSCOP P module **Parameterize device**.
2. Select the device you have defined under point 2.4.2.1. In case no parameters are stored in the database of OSCOP P, the following question will appear if you want to load parameters from SIMEAS R:




Figure 4: Load parameters from SIMEAS R

3. Press **Yes** to load parameters from SIMEAS R.
4. **Important:** Choose **File** → **Export** in the **Parameterize device** dialog to create a backup copy of the data.




Figure 5: Create a backup copy

7. Save the backup copy (e.g. device1.srp). Confirm with **OK**




Figure 6: Save the parameters

8. Press **Close** to quit the dialog.

2.4.2.3 Replace the PC card

Please proceed as follows:

1. **Switch off the SIMEAS R.**

Warning



Dangerous voltages may be present even after the device has been powered off (process signals). To avoid injury the device must be completely isolated and locked against restart.



Warning

Make sure that the SIMEAS R is not powered (switched off and separated from the auxiliary supply or circuit breaker in off position).

-
2. Take the hard disk out of the PC card slot of the SIMEAS R. Please follow the instructions on SIMEAS R mass storage installation.
 3. Insert the new storage medium and close the cover.
 4. Plug in the voltage supply.
 5. Switch the device on.
 6. Switch on the device. During the start-up all LEDs on the front panel will be on. The start-up procedure will take about 2 minutes. At the end of the start-up procedure all LEDs will be off except for "SIMEAS R ready" LED.

2.4.2.4 Adjust memory sizes

1. Restart the SIMEAS R and choose **Parameter → Load from device** to read the parameterization of the new device: The current memory size of the storage medium will be displayed.
2. Please note down the memory size of the new storage medium.

System configuration:	8/16
OS version:	2315
Serial number:	0133001261
Hard disk capacity:	<input type="text" value="511."/> MB

Figure 7: Memory size of the new storage medium

- Choose **File** → **Import** to get the backup copy of the parameters to the OSCOP P parameterization dialog.




Figure 8: SIMEAS R Import Parameters

- Select the parameter file and confirm with **OK**.




Figure 9: Select the parameter file

- If the memory size of the new storage medium is different to the former medium, you have to adjust the size in the field **Hard disk capacity** manually.
If the memory size is the same, please proceed with section 2.4.2.5.

Note:

In rare cases the memory size of the new storage medium may be a little smaller than the size of the former medium: Please adjust the memory size of one of the mean value writers or fault recorders accordingly.

In many cases the memory size of the new storage is higher than the size of the former medium: You may distribute the additional memory to the mean value writers and/or fault recorders according to your needs.

- After your changes (if necessary), you should choose **File** → **Export** to save the new parameter set using a new name. The procedure is described in section 2.4.2.2.

2.4.2.5 Send parameters to device

1. Select the menu **Parameter** → **Send to device** and send the received / saved (see section 2.4.2.2) and changed (see section 2.4.2.5) parameters to the device.




Figure 10: Send SIMEAS R parameters to device

2. The device will reboot automatically. The restart takes about 10-20 minutes; SIMEAS R will reorganize its file system. The SIMEAS R notifies this action by flashing the red LEDs on the left hand side. The device is ready for operation as soon as the “SIMEAS R ready for operation”, “Operating voltage OK” and “Normal mode” LEDs are ON.
3. Close the dialog by pressing **Close**.
4. Try to check the communication to the SIMEAS R via the Standard Evaluation PC in the substation.

2.4.2.6 Setup the SIMEAS R password

You can use a password to protect the SIMEAS R against unauthorised changes of the parameterization or the deletion of data. In this case you can access the SIMEAS R in read-only mode without the password.

Please proceed as follows:

- a.) Start OSCOP P module **Parametrize PC**.
- b.) Select the menu **Configuration → Devices** and select the desired device.
- c.) Press the button **Change**.
- d.) Press button **Additions...**
- e.) Fill in the desired SIMEAS R password.
- f.) Press button **Send password...**, fill in the password again: **Do not press OK directly!**
- g.) Restart the device. As soon as the device is ready for operation press the **OK** button.
- h.) Close all dialogs.




Figure 11: Send SIMEAS R password

2.5 Other information

Internet:

To be always up to date in the future, please take a look at our download area in the internet at the address:

<http://www.powerquality.de>

Training:

If you are interested in taking a OSCOP P/SIMEAS R training, please contact your sales partner or our course office by calling:

Tel.: +49 - 911 - 433-7005

or: <http://www.ptd-training.de>

If you have problems with OSCOP P/SIMEAS R please contact our Customer Support Center:

Phone: +49 - 180 - 524 7000

Fax: +49 - 180 - 524 2471

E-Mail: ptd.support@siemens.com